



**PONTOZÁSI JAVASLAT**  
**Kategóriák: Ia, Ib és III.**

I. A mérés pontosságára adható pontszám: **20 pont**

- a) az egyenlet hibátlan rendezése: 1 pont
- b) a fogyások leolvasása két tizedesjeggyel,  
az átlag megadása két tizedesjeggyel: 1 pont
- c) az átlagfogyás eltérése:
- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 0,00 - 0,20 cm <sup>3</sup> | 18 pont |
| 0,21 - 0,40 cm <sup>3</sup> | 14 pont |
| 0,41 - 0,60 cm <sup>3</sup> | 10 pont |
| 0,61 - 0,80 cm <sup>3</sup> | 6 pont  |
| 0,81 - 1,00 cm <sup>3</sup> | 2 pont  |
| 1,01 cm <sup>3</sup>        | 0 pont  |

II. Az eredményszámolás pontossága: **20 pont**

2. A törzsoldat NaOH koncentrációja: 7 pont
3. A bemért 1,000 g minta Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-tartalma: 8 pont
4. Az 1,000 g tömegű minta  
NaOH-tartalmának t %-a: 5 pont